

特記仕様書

受託者は以下の要件をすべて満たすこと。

1. 性能・機能に関する要件

1-1 マルチモードプレートリーダー

- 1-1-1 蛍光強度測定の変長選択がフィルター方式であること。
- 1-1-2 吸光度、発光、蛍光強度、時間分解蛍光、蛍光偏光の5種類の測定ができること。
- 1-1-3 吸光度測定の変長選択において、スペクトロメーターを使用できること。
- 1-1-4 プレートフォーマットが1536ウェルまで対応していること。
- 1-1-5 本体メモリーが4GB以上あること。
- 1-1-6 Wi-Fi リモート制御が可能なこと。
- 1-1-7 LAN および USB 接続が可能なこと。
- 1-1-8 接続する制御用 PC の OS が変更されても対応できること。

1-2 フィルター

- 1-2-1 最大で32枚以上搭載できること。

1-3 ダイクロイックミラー

- 1-3-1 最大5枚以上搭載できること。

1-4 制御用ノート PC

- 1-4-1 Wi-Fi 接続が可能なこと。
- 1-4-2 メモリーが4GB以上であること。
- 1-4-3 容量が500GB以上であること。
- 1-4-4 画面サイズが15インチ以内であること。

2. 性能・機能以外に関する要件

2-1 保守

- 2-1-1 1年間の無償保証が含まれること。
- 2-1-2 無償保証後もスポット保守でも年間保守委託でも対応が可能なこと。

2-2 その他

- 2-2-1 サービスの拠点が東京都にあること。

以上